

ПРОТОКОЛ № 14

об итогах закупки медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания (Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и установкой мочечной) способом тендера

г. Петропавловск

18 июня 2020 года

1. Заказчик и Организатор: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 7А, провела закуп медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания (Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и установкой мочечной) способом тендера в соответствии с Правилами организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями - (далее Правила).

Присутствовали члены тендерной комиссии в составе:

Ташетова А.Ж. - председатель комиссии, главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Члены комиссии:

Кабошева К.Д. - главная медсестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Байлина Р.С. - врач-хирург КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Шаймерденова А.Б. - юрист КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

Секретарь комиссии: Кабиденова К.Т. - специалист по государственному закупкам КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3».

Отсутствует по уважительной причине: Каныбек А.К. - заместитель председателя, заведующий клинико-диагностической лабораторией КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;

2. Наименования и краткое описание товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. измерения	Кол -во	Цена	Сумма, выделенная для закупок, в тенге	Срок поставки	Место поставки
1	Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и установкой мочечной	комплект	1	56134000,00	56134000,00	В течение 90 календарных дней со дня заключения договора	СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 7 А. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» КГУ «УЗ акимата СКО»

3. От потенциальных поставщиков запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

4. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

5. До истечения окончательного срока представления тендерных заявок потенциальными поставщиками представлены следующие заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки на участие в тендере
1	ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ»	г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар, д.5, офис 26.	01.06.2020 г. Время 14 ч. 12 мин
2	ТОО «Atlant MT»	г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина, д. 4/1, офис 117	02.06.2020 г. Время 10 ч. 59 мин
3	ТОО «ZEIN INVEST»	г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, 3, блок В1, НП 4	05.06.2020 г. Время 09 ч. 33 мин
4	ТОО «QazMed Leasing»	г. Алматы, Ауезовский р-н, мкр. Жетысу-2, д. 71 В, офис 24	05.06.2020 г. Время 09 ч. 56 мин
5	ТОО «ДАРУМЕД»	г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар, д.3	08.06.2020 г. Время 09 ч. 07 мин
6	ТОО «Med SK-PV»	г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, 103А, офис 7	08.06.2020 г. Время 09 ч. 25 мин

1

6. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков:

№ ло та	Наименование товара	Ед. измерения	Кол- во	Наименование потенциального поставщика	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Завод - изготовитель
1	Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и установкой моечной	комплект	1	ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ»	55900000,00	55900000,00	FUJIFILM Corporation (Япония), DetroksKimyaveSaglikUrunleriUretimD. H. San. icve Dis Ticaret Ltd. Sti (Турция)
		комплект	1	ТОО «Atlant MT»	50250000,00	50250000,00	Hoya Corporation (Япония), Medivators Inc, (США)
		комплект	1	ТОО «ZEIN INVEST»	56100000,00	56100000,00	OlympusMedicalSystemsCorp., (Япония)
		комплект	1	ТОО «QazMed Leasing»	56130000,00	56130000,00	OlympusMedicalSystemsCorp., (Япония)
		комплект	1	ТОО «ДАРУМЕД»	49930000,00	49930000,00	HOYA Corporation (Япония), Detroks Kimya ve Saglik Urunleri Uretim D. H. San. ic ve Dis Ticaret Ltd. Sti. (Турция), Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Китай)
		комплект		ТОО «Med SK-PV»	53900000,00	53900000,00	SONOSCAPEMEDICALCORP (Китай), DetroksKimyaveSaglikUrunleriUretimDagitimHizmetleriSan,ic veDisTicaretLtd.Sti. (Турция)

7. Соответствие Потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации и Правил:

В соответствии с пп.12 п. 81 Правил, тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям тендерной документации:

ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ»

- Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих Правил.

Техническая спецификация поставщика ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ» не соответствует технической характеристике указанной в Регистрационном удостоверении РК-МТ-5-017691.

ТОО «Med SK-PV»

- Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих Правил, а в частности по пунктам:

Видеоцентр с источником света: **ТРЕБУЕМАЯ:** Наличие не менее двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (не менее 4-х уровней для каждого режима). Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) не менее 4 уровней.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Улучшение цвета (Диапазон значений на каждом уровне 0 – 8) Вывод псевдоцветного красно-синего изображения на экран. Улучшение качества изображения: три режима: Edge, Structure A и Structure B.

ТРЕБУЕМАЯ: Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды: подача воды должна осуществляться за счет нагнетания давления в контейнер с водой. Наличие специального фильтра для системы узкоспектральной визуализации - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. Наличие автоматической регулировки яркости с помощью серво-диафрагмы.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Отсутствуют данные в технической спецификации.

Отсос: **ТРЕБУЕМАЯ:** Отсос должен быть электровибрационного типа, емкость сосуда – не менее 1.5 л.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Ёмкость для всасывания в комплекте 1000 мл.- 1 шт.







Фильтр: **ТРЕБУЕМАЯ:** Фильтры для использования с отсосом эндоскопическим, не менее 10 штук в упаковке.
ЗАЯВЛЕННАЯ: Антибактериальный и водоотталкивающий фильтр - 1 шт.

Гастровидеоскоп: **ТРЕБУЕМАЯ:** В гастровидеоскопе должно быть: Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце. Стандарт передаваемого изображения должен быть – HDTV.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Отсутствуют данные в технической спецификации.

Установка моечная: **ТРЕБУЕМАЯ:** В установке моечной должно быть: Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Отсутствует обработка ультразвуком.

ТРЕБУЕМАЯ: Емкость бака для дезинфектанта не менее 17,5л.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Объем резервуара для дезинфицирующего средства 15 литров.

ТОО «Atlant MT»

- Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих Правил, а в частности по пунктам:

Видеоцентр с источником света: **ТРЕБУЕМАЯ:** Наличие встроенного источника света: светодиодный источник света (более 15000 часов непрерывной работы).

ЗАЯВЛЕННАЯ: Наличие встроенного источника света: ксенон, 300 Вт.

Мобильная рабочая станция: **ТРЕБУЕМАЯ:** Размеры не более (ШхГхВ, мм): 483х650х1205.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Потенциальным поставщиком не указаны размеры мобильной рабочей станции.

Отсос: **ТРЕБУЕМАЯ:** Отсос должен быть электровибрационного типа.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Однофазный асинхронный двигатель.

Гастровидеоскоп: **ТРЕБУЕМАЯ:** Диаметр дистального конца не более 9,2 мм. Диаметр вводимой трубки не более 9,2 мм.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Диаметр дистального конца 10,8мм. Диаметр вводимой трубки 9,8 мм.

Установка моечная: **ТРЕБУЕМАЯ:** В установке моечной должно быть: Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Отсутствует обработка ультразвуком.

ТРЕБУЕМАЯ: Емкость бака для дезинфектанта не менее 17,5л.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Емкость бака для дезинфектанта 15л.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц:

ТРЕБУЕМАЯ: Гарантия на МИ и гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.

ЗАЯВЛЕННАЯ: В технической спецификации гарантии на МИ и гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. В Регистрационном удостоверении РК-МТ-5№015911 гарантийный срок эксплуатации видеогастроскопа: 12 месяцев.

 3  

ТОО «Дарумед»

- Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации и настоящих Правил, а в частности по пунктам:

Видеоцентр с источником света: ТРЕБУЕМЫЙ: Наличие встроенного источника света: светодиодный источник света (более 15000 часов непрерывной работы).

ЗАЯВЛЕННАЯ: Встроенный в видеопроцессор источник света. Тип основной лампы источника света – Ксеноновая. Мощность основной лампы, 150Вт. Ресурс основной лампы, не менее 500 часов. (В инструкции по использованию видеопроцессора «Pentax» EPK-3000 «DEFINA» – 500 часов непрерывной работы).

Монитор HD 26 дюймовый, силовой кабель: **ТРЕБУЕМЫЙ:** Диагональ не менее 26" дюймов.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Размер изображения: 518 x 324 мм, диагональ 24" (610 мм).

Гастровидеоскоп: ТРЕБУЕМЫЙ: Диаметр дистального конца не более 9,2 мм. Диаметр вводимой трубки не более 9,2 мм. Общая длина не более 1350 мм.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Диаметр дистального конца 10,2 мм. Диаметр вводимой трубки 9,8 мм. Общая длина 1360 мм.

Установка моечная: ТРЕБУЕМЫЙ: В установке моечной должно быть: Наличие промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком.

ЗАЯВЛЕННАЯ: Отсутствует обработка ультразвуком.

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков соответствуют квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации:

1. ТОО «ZEIN INVEST».

2. ТОО «QazMed Leasing».

8. Экспертная комиссия не привлекалась.

9. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛА:

1. Отклонить тендерные заявки ТОО «ФАРМ-ТРЕЙД-НТ»; ТОО «Med SK-RV»; ТОО «Atlant MT»; ТОО «Дарумед» по лоту №1 за не соответствие требованиям тендерной документации и Правил, согласно пп. 12, п.81 Правил и пп.12, п. 32 утвержденной тендерной документации.

2. Признать тендер по закупке медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания (Видеоинформационный центр в комплекте с гастровидеоскопом и установкой моечной) способом тендера состоявшимся.

3. Определить победителем по закупке способом тендера на основании Главы 9, параграфа 4, пункта 85 Правил: по лоту № 1 – ТОО «ZEIN INVEST», г. Нур-Султан, ул. Байгурсынова, 3, блок В1, НП 4, в установленные сроки согласно пункту 89 Правил заключить договор закупа на сумму 56 100 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов сто тысяч) тенге 00 тиын. Ценовое предложение ТОО «QazMed Leasing» является вторым после предложения победителя.

4. Разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера на интернет-ресурсе.

За данное решение проголосовало: «За» 4 голосов. «Против» 0 голосов. «Воздержались» 0 голосов.

Председатель комиссии

Ташетова А.Ж.

Члены комиссии

Кабошева К.Д.

Байлина Р.С.

Шаймерденова А.Б.

Секретарь комиссии

Кабиденкова К. Т.